

Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

Број: 57/3-10-2016
Датум: 25.03.2016

Београд – Земун, Цара Душана 196
телефон - 011 3161-919; факс – 011 3162-150
e-mail: dekanat@kpa.edu.rs
www.kpa.edu.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/3-6
набавка лабораторијске опреме
– Партија 3.-

**Сигурносним комбинованим орманима за чување и складиштење агресивних и
запаљивих хемикалија (запаљивих течности и киселина/база)**

Питање:

У конкурсној документацији, у Опису добра, за партију 3. У делу који се односи на технички опис, стоји:
“ Тип тестиран у складу са захтевима стандарда (EN 14470-1) . У опису добра такође стоји “: Предметно
добро мора бити у оригиналном фабричком паковању, са одговарајућом документацијом у прилогу .”

Питање: С обзиром на то, да треба обезбедити упоредиве понуде, мишљења смо да би требало
недвосмислено одредити шта се уз понуду доставља као доказ да је понуђено добро у складу са оним
што је тражено. Сигурносни ормари, као и пратећа опрема-мотори, због своје специфичне намене у
служби безбедности у радном простору, морају да поседују прописну документацију. Докази могу бити
у распону од проспекта до атеста, па Вас молимо да дефинишете која документација ће бити
прихватљива за документовање понуде.

Одговор:

Понуђачи би требало да приложе:

1. ИСО 9001:2008 сертификат произвођача
2. СЕ декларацију ормара као доказ о усклађености са следећим
директивама и прописима 94/9/EG, 2006/42/EG, EN 14470-1:2004-03, EN ISO
12100:2010, EN 14727

Изјаву понуђача да ће уз потписан Уговор доставити Стручно мишљење
овлашћене установе Републике Србије о томе да понуђени тип ормар припада
класи 90 ватро-отпорности

Сертификат акредитоване институције да је понуђени сигурносни орман
тестиран према стандарду EN 14470-1 и безбедан за употребу

1. Сертификат о акредитацији институције из претходне тачке
2. Каталог или други произвођачки документ којим се доказује усаглашеност
понуде са техничким спецификацијама

За вентилатор:

1. ISO 9001:2008 сертификат произвођача
2. Важећа потврда о усаглашености, у складу са Правилником о електромагнетној компатибилности, за понуђени модел вентилатора, издата од стране домаће овлашћене институције на име понуђача
3. Каталог или други произвођачки документ којим се доказује усаглашеност понуде са техничким спецификацијама.

Уз понуду Испоручилац треба да поднесе и Ауторизацију произвођача за монтажу и одржавање понуђене опреме као и ISO 9001:2008 сертификат за монтажу и одржавање понуђене опреме.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Снежана Јурић