

Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

Број: 57/3-9-2016
Датум: 24.03.2016.

Београд – Земун, Цара Душана 196
телефон - 011 3161-919; факс – 011 3162-150
e-mail: dekanat@kpa.edu.rs
www.kpa.edu.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/3-6

набавка лабораторијске опреме

– Партија 1. –

Хоризонтални парни стерилизатор (аутоклав)

Питање:

1. Да ли је за наручиоца прихватљив уређај чије су спољне димензије сса 480 x 320 x 555 mm ?
Сматрамо да би се оваквом изменом омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача а да се истом не нарушавају жељене тражене карактеристике по погледу квалитета уређаја.
2. Да ли је за наручиоца прихватљив уређај који има дозвољено оптерећење по полици 1.4 кг? *Сматрамо да би се оваквом изменом омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача а да се истом не нарушавају жељене тражене карактеристике по погледу квалитета уређаја.*
3. Да ли је за наручиоца прихватљив уређај чија је укупна тежина око 40 килограма? *Сматрамо да би се оваквом изменом омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача а да се истом не нарушавају жељене тражене карактеристике по погледу квалитета уређаја.*
4. Да ли је за наручиоца прихватљив уређај који има загревање грејачем снаге 1400W како већа снага грејача обезбеђује брже постизање жељене температуре стерилизације? *Сматрамо да би се оваквом изменом омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача а да се истом не нарушавају жељене тражене карактеристике по погледу квалитета уређаја.*
5. Да ли је за наручиоца прихватљив уређај који има циклусе стерилизације на 121 и 134 степена, како наручилац није јасно дефинисао на шта се односи температурни опсег рада, јер температуре ниже од 108 степени не могу вршити стерилизацију? *Сматрамо да би се оваквом изменом омогућило учешће већег броја потенцијалних понуђача а да се истом не нарушавају жељене тражене карактеристике по погледу квалитета уређаја.*

Одговор:

1. Предложена величина уређаја је прихватљива, али је оптимална величина тражена тендерском документацијом.
2. Предложено оптерећење по полици је прихватљиво, али је оптимално оптерећење тражено тендерском документацијом.
3. Предложена тежина уређаја није прихватљива због ограничене носивости елемента (радног стола) на који би уређај био постављен.
4. Предложена снага грејача није прихватљива због ограниченог капацитета електроинсталације у лабораторији.
5. Прихватљив је уређај са предложеним циклусима стерилизације.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Саша Ђорђевић