

Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО - ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

01 Број: 57/7-8-2017
Датум: 15/12/2017

Београд – Земун, Цара Душана 196
телефон - 011 3161-919; факс – 011 3162-150
e-mail: dekanat@kpa.edu.rs
www.kpa.edu.rs

ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације

На основу Захтева понуђача за појашњењем конкурсне документације, који је код наручиоца заведен под бројем 57/7-7-2017 дана 14. 12. 2017. године, наручилац наводи следеће:

1. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

Питање се односи на Партију 1 (трансилуминатор). Да ли је дозвољено нудити LED трансилуминатор који има осветљење таласне дужине око 470nm тј. погодног за следеће боје: SYBR® Green, GelGreen™, SYBR® Safe, SYBR® Gold ili SYPRO® Ruby?

ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА

Такав уређај не задовољава услове који су одређени у оквиру „Обрасца структуре цене са техничком спецификацијом“ (Образац 2). Трансилуминатором таласне дужине 470nm се не могу визуализовати ни Етидијум бромид ни неканцерогене црвене ДНК боје.

2. ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА:

За предметну јавну набавку је предвиђено менично овлашћење за сваку партију понаособ, а тиче се озбиљности понуде. Да ли то значи да треба да доставимо посебно меницу за сваку партију понаособ или је довољно доставити једну регистровану меницу за све понуђене партије?

ПОЈАШЊЕЊЕ НАРУЧИОЦА:

У случају да један понуђач подноси понуду за више партија он мора доставити меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде са пратећом документацијом у свакој партији за коју конкурише с обзиром на то да је свака партија целина за себе па сходно томе не може доставити једну меницу за више партија.



Ivan Bošković
32 Комисија за јавну набавку