

Република Србија
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА
АКАДЕМИЈА

Број: 57/3-7-2016
Датум: 13.03.2016

Београд – Земун, Цара Душана 196
телефон - 011 3161-919; факс – 011 3162-150
e-mail: dekanat@kpa.edu.rs
www.kpa.edu.rs

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 57/3-6
набавка лабораторијске опреме

Питање:

- у партији број 2. апарат за ПЦР тражен је ПЦР апарат који по својим спецификацијама указује на одређеног произвођача и искључује остале понуђаче па да ли је на основу тога могуће понудити апарат који поседује:
 - Термоблок прилагођен за употребу 96 појединачних ПЦР епрувета од 0.2 мл, ПЦР-8 епр низова (0.2 мл) или једне ПЦР плоче са 96-бунара (0.2 мл)
 - Блок за 96 узорака који у себи има шест независних пелтиер зона
 - Могућност истовременог извођења 6 реакција на различитим температурама анилинга
 - Touch screen екран
 - Температурни опсег 4-99°C
 - Тачност ± 0.25 °C
 - Униформност < 0.5 °C
 - Брзина промене температуре у узорку $\pm 3,35$ °C/ sec
 - Брзина промене температуре у блоку 3,9°C
 - Реакциона брзина: стандардна и брза
 - Валидиран за коришћење СТР форензичких китова на 4,5 и 6 боја

Одговор:


Услове дате у спецификацији може испунити више понуђача квалитетнијих апарата на нашем тржишту. Примери су: Mastercycler - Eppendorf, SureCycler -, Agilent, Biometra TA.

Питање:

- Обзиром да се ради о специфичном добављачу, апарат би требао имати и сертификат да је валидиран у форензичке сврхе па да ли је то обавезујуће у овом случају онда?

Одговор:

Није потребна изјава произвођача/сертификат да је апарат валидиран у форензичке сврхе.



КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Борислава Петковић